

ご使用の際は、本説明書をよくお読み下さい。

2021年2月作成(第1版)

クイック チェイサー 陽性コントロール レジオネラ

【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

クイック チェイサー 肺炎球菌/レジオネラ

【使用方法】

- 1) 使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリューバイアルを取り出します。
- 2) 30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3) 陽性コントロールの入ったスクリューバイアルをよく混和して下さい。
※本陽性コントロールはスクリューバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
- 4) 対象製品の添付文書に従い、対象製品付属のスポットを用い、測定を行います。
- 5) 測定結果がレジオネラ陽性、肺炎球菌陰性であることを確認して下さい。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1) 取り扱い上(危険防止)の注意
 - ① 陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けて下さい。
- 2) 使用上の注意
 - ① 使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
 - ② 陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
 - ③ 使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート、スポット等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)またはグルタルアルデヒド(2%、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
 - ④ 容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
 - ⑤ 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

【有効期間】

製造後12カ月

使用期限はスクリューバイアルラベル及び外装箱に表示

【包装単位】

クイック チェイサー 陽性コントロール レジオネラ 400μL×5本

【問い合わせ先】

株式会社 ミズホメディア 学術担当窓口

佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

フリーダイヤル:0120-12-4636

FAX:0942-85-0335