

銀増幅 高感度	Ag	Ag	Ag	Ag	—	Ag	—	
一般の名称	SARSコロナ ウイルス抗原キット	SARSコロナ ウイルス抗原キット・ インフルエンザ ウイルスキット	インフルエンザ ウイルスキット	RSウイルスキット・ アデノウイルスキット	アデノウイルスキット	マイコプラズマ 抗原キット	A群β溶血連鎖 球菌抗原キット	
製品名	クイックチェイサー® Auto SARS-CoV-2	クイックチェイサー® Auto SARS-CoV-2/FluA,B	クイックチェイサー® Auto Flu A,B	クイックチェイサー® Auto RSV/Adeno	クイックチェイサー® Auto Adeno	クイックチェイサー® Auto Mycro	クイックチェイサー® Auto Strep A	
品番(包装)	67250(10回用)	68660(10回用)	68660(10回用)	67650(10回用)	67490(10回用)	68350(10回用)	67780(10回用)	
保険点数	実施料	SARS-CoV-2 抗原定性  150点 D012 28	SARS-CoV-2・ インフルエンザウイルス 抗原同時検出定性  225点 D012 53	インフルエンザ ウイルス抗原定性  132点 D012 22	RSウイルス抗原定性 138点 D012 24 ※3 アデノウイルス抗原定性 (糞便を除く) 174点 D012 39	アデノウイルス抗原定性 (糞便を除く)  174点 D012 39	マイコプラズマ抗原定性 (免疫クロマト法)  148点 D012 27	A群β溶連菌 迅速試験定性  121点 D012 18
	判断料	免疫学的検査判断料  144点 D026 6	免疫学的検査判断料  144点 D026 6	免疫学的検査判断料  144点 D026 6	免疫学的検査判断料  144点 D026 6	免疫学的検査判断料  144点 D026 6	免疫学的検査判断料  144点 D026 6	免疫学的検査判断料  144点 D026 6
	検体採取料※1	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 D419 6
製品画像								
判定時間	15分	3.5~15分(陰性は15分)	3.5~15分(陰性は15分)	3.5~15分(陰性は15分)	5~10分(陰性は10分)	15分	5~10分(陰性は10分)	
テストプレート								
付属綿棒	ニプロスポンジスワブ TYPE S	ニプロスポンジスワブ TYPE S	ニプロスポンジスワブ TYPE S	ニプロスポンジスワブ TYPE S	滅菌綿棒 (咽頭用/角結膜用)	滅菌綿棒 (咽頭用)	滅菌綿棒 (咽頭用)	
抽出液 スポイト								
検 体	鼻咽頭ぬぐい液	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	
	鼻腔ぬぐい液※2	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	
	鼻腔吸引液	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	
	咽頭ぬぐい液	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	
	鼻汁鼻かみ液	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	
	角結膜ぬぐい液	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	○ ← 試料相互使用可 → ○	

判断のプロセスを支える 1 台。

簡単操作で判定結果は  
自動でプリントアウト

場所を取らない  
コンパクトサイズ

デンシトメトリー分析装置

クイックチェイサー®  
Immuno Reader II

特定保守管理医療機器  
届出番号 14B1X10022000124  
製造販売元 富士フイルム株式会社

品番/82100



- ※1 鼻腔・咽頭拭い液採取：1人の患者につき1日に1回の算定となる。
- ※2 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し、採取した鼻腔ぬぐい液
- ※3 入院中の患者、1歳未満の乳児、パリビズマブ製剤又はニルセビマブ製剤の適応となる患者に適用。

製造販売元 **株式会社 ミズホメディ**

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

<https://www.mizuho-m.co.jp>

学術担当窓口 お客様専用 ☎ **0120-12-4636**

月～金 (祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00